

## **TESTER Cl/pH - Testovací souprava pomocí kapek.**

### **Návod k použití:**

1. Vypláchnete komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat.
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu).
3. **Chlór test** - přidejte 5 kapek OTO-50 Cl (lahvička se žlutým víčkem).
4. **pH test** - přidejte 5 kapek Phenol red pH (lahvička s červeným víčkem).
5. Nasadte zátky na testovací komory a protřepte.
6. Následně porovnejte zbarvení testované vody se stupnicí CL a pH hodnot.

### **Doporučené hodnoty: Cl – 1 mg/l, pH - 6,9 - 7,4.**

**Poznámka:** Voda by měla být nabírána cca 40cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu. Chlór testem se zjistí zda je v bazénu dostatečné množství Chlóru na zničení bakterií a řas. pH testem se zjišťuje pH vody (kyselost, zásaditost).

**Důležité:** Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché. Na začátku nové sezóny vždy používejte nové testovací roztoky.