

Technický list pro univerzální pH sondu



Reference	Ag / AgCl
Elektrolyt	Polymer
Max. tlak	3 bary
Rozsah měření	0 – 13 pH
Teplotní rozsah	0 – 80°C
Materiál	Termoplast
Konektor	BNC

Měření a kalibrace

Je potřeba se řídit návodem k použití dávkovacího čerpadla nebo dávkovací stanice, ke které je sonda připojená.

Skladování

Elektroda nesmí nikdy vyschnout. Pro její skladování slouží uchovávací nádobky s uchovávacím roztokem KCl na sondy.

Záruka

Na sondy se vztahuje vzhledem k povaze výrobku záruční doba 6 měsíců.

Prodejce pH sond a dalšího bazénového příslušenství:

